

**SVIM PONUDITELJIMA**

**PREDMET:** Izmjena dokumentacije

Poštovani,

U elektroničkom oglasniku javne nabave, oznaka dokumenta 2014/S 002-0030174, predmet nabave: Biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku, evidencijski broj nabave: EMV-/14-OP.

Naručitelj je uočio nedostatak u dokumentaciji za nadmetanje.

**Izmjena dokumentacije:**

I.

Na prvoj stranici DZN, izostavljeno je 13/14 – OUSRH.

II.

Nadalje:

Pod točkom 2. Količina i vrsta predmeta nabave i tehnička specifikacija, dokumentacije za nadmetanje dodaje se slijedeći tekst:

Posebni zahtjevi za biopodloge i kontrolne uzorke za biopodloge: (DODATAK !!!)

BIOPODLOGA - Zahtjeva se da biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku budu pločice pogodne za automatsko pipetiranje na pipetnoj stanici proizvođača Bartec. Biopodloga mora sadržavati kruti agar koji sadrži *Bacillus stearothermophilus* var. *calidolactis*, sve potrebne sastojke za rast mikroorganizama i da su obojene ljubičastom bojom koja potječe od indikatora bromocresol purple. Jedno pakiranje treba sadržavati 1920 testih jažica, odn. 20 pločica dimenzija 12,8x8,50 cm s 96 testnih jažica razdvojivih u 6 blokova (svaki sa 16 testnih jažica). Blokovi s jažicama (16 jažica) se moraju moći odvajati i zasebno koristiti.

Pločice moraju biti pogodne za inkubaciju pri  $64 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$  oko 2 sata i 15 minuta.

Vizualno očitavanje biopodloga mora biti moguće bez ispiranja uzorka iz jažica.

KONTROLNI UZORCI ZA BIOPODLOGU (pozitivna i negativna kontrola) - moraju biti proizvedeni od strane proizvođača biopodloga i namijenjeni za ponuđene biopodloge, čime se kontrolira kvaliteta biopodloga i određuje vrijeme očitavanja rezultata na pločicama.

Pozitivna kontrola (sadrži Penicilin) nabavlja se u bočicama – masa bočice je oko 1,65 gr što mora biti dovoljno za pripremu 15ml otopine.

Negativna kontrola (ne sadrži nikakve inhibitorne tvari) nabavlja se u bočicama – masa bočice je oko 1,65 gr što mora biti dovoljno za pripremu 15ml otopine.

Ponuditelj je obavezan dostaviti upute o izvođenju testiranja (postupak izvođenja) iz kojih je vidljivo da ponuđene biopodloge i pozitivna i negativna kontrola zadovoljavaju tražene zahtjeve i model zbrinjavanja otpada.

III.

Nadalje:

Troškovnik – tehnička specifikacija se nadopunjuje:

B	KONTROLNI UZORCI ZA BIOPODLOGU				
	Moraju biti proizvedeni od strane proizvođača biopodloga i namijenjeni za ponuđene biopodloge.				
2	Pozitivna kontrola ( sadrži Penicillin) nabavlja se u bočicama– masa bočice je oko 1,65 gr (za 15ml otopine).	1 pakiranje (6 bočica)	50		
3	Negativ kontrola (ne sadrži nikakve inhibitorne tvari)nabavlja se u bočicama – masa bočice je oko 1,65 gr (za 15ml otopine)	1 pakiranje (6 bočica)	50		

IV.

Nadalje:

Krajnji rok za podnošenje ponude ostaje isti:

**07.07.2014. do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.**

Javno otvaranje ponuda:

**07.07.2014. u 10:00 sati u HPA, Ilica 101, 10000 Zagreb.**

S poštovanjem,

Ur.broj: 10210/3055

U Zagrebu, 17.06.2014.



Koordinatorica za javnu nabavu:

Dijana Kokot, dipl.oec.