

Zahtjeva se:

1. Biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku – potrebno je da bude u formi pločice pogodne za automatsko pipetiranje na pipetnoj stanici proizvođača Bartec. Biopodloga mora sadržavati kruti agar koji sadrži *Bacillus stearothermophilus* var. *calidolactis*, sve potrebne sastojke za rast mikroorganizama i da su obojene plavom bojom koja potječe od indikatora bromocresol purple. Jedno pakiranje treba sadržavati 1920 testih jažica, odn. 20 pločica dimenzija 12,8x8,50 cm s 96 testnih jažica razdvojivih u 6 blokova (svaki sa 16 testnih jažica). Blokovi s jažicama (16 jažica) se moraju moći odvajati i zasebno koristiti kao kompaktna cjelina. Pločice moraju biti pogodne za inkubaciju pri  $64\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  oko 2 sata i 15 minuta.
2. KONTROLNI UZORCI ZA BIOPODLOGU - moraju biti proizvedeni od strane proizvođača biopodloga i namijenjeni za ponuđene biopodloge
  - Pozitivna kontrola ( sadrži Penicilin) nabavlja se u bočicama– masa bočice je oko 1,65 gr (za 15ml otopine).
  - Negativ kontrola (ne sadrži nikakve inhibitorne tvari) nabavlja se u bočicama – masa bočice je oko 1,65 gr (za 15ml otopine)
3. Vizualno očitavanje biopodloga mora bit moguće bez ispiranja uzorka iz jažica.
4. Rok trajanja kemikalija minimalno 4 mjeseca o dana isporuke.

Ponuditelj je obvezan dostaviti:

1. Ponuditelj je obvezan dostaviti upute o izvođenju testiranja (postupak izvođenja) i specifikacije svih nuđenih stavki iz kojih je vidljivo da ponuđene biopodloge i pozitivna i negativna kontrola zadovoljavaju tražene zahtjeve i model zbrinjavanja otpada.
2. Sigurnosno tehničke listove na hrvatskom jeziku sukladno Uredbi (EZ) br.1907/2006 prihvaćene u Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping (prilikom prve isporuke predmeta javne nabave)
3. Predmet javne nabave fco Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka, Poljana Križevačka 185.

Rok isporuke materijala je 20 dana od dana prijema narudžbenice.

U \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)