

**SVIM PONUDITELJIMA**

**PREDMET:** Izmjena dokumentacije i ispravak troškovnika

Poštovani,

U elektroničkom oglasniku javne nabave, oznaka dokumenta 2014/S 002-0006156, predmet nabave: Nabava po grupama: mljekomjeri i elektronski mljekomjeri

Naručitelj daje slijedeće pojašnjenje i ispravak:

**Ispravak:**

I.

Naručitelj Hrvatska poljoprivredna agencija uočio je nedostatak vezan uz opis predmeta nabave, te slijedom navedenog ispravlja isti:

U troškovniku Grupa 1 – MLJEKOMJERI, pod stavkom 2. Mljekomjeri od 4.5 litara za ovce i koze opis:

*- primjena uređaja ne bi smjela značajno utjecati na vakuum sistem u smislu da vakuum na krajevima sisa ne bi smio biti veći od 0,5 kPa prema klauzuli 14 ISO 5707  
- uređaja se nalazi na listi odobrenih protočnih mjerača mlijeka od strane Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (International Committee for Animal Recording – ICAR)*

Navedeni opis se briše iz troškovnika.

Opis stavke 2. Mljekomjeri od 4,5 litara za ovce i koze sada glasi:

- **protočni uređaj za mjerenje količine mlijeka (milkmeter) mora biti lak za primjenu i točno mjeriti proizvedenu količinu mlijeka u trenutnim uvjetima korištenja**
- **uređaj treba omogućiti mjerenje maksimalne proizvedene količine mlijeka od 4,5 litara**
- **materijali od kojih je uređaj napravljen moraju odgovarati zahtjevima ISO 5707 u smislu trajnosti, lakoće održavanja, otpornosti na mehaničke i kemijske agense (pranje uređaja)**
- **mjerna posuda mora biti pravilno i trajno označena i lako čitljiva**
- **uređaj za mjerenje mora onemogućiti stvaranje pjene u mjernoj posudi tijekom mjerenja**
- **mjerna posuda i cijevi moraju biti postavljene prema zahtjevima ISO 5707**
- **držači uređaja ne smiju biti fiksni već se moraju dati podesiti u pravilan okomit položaj (pod 90°) mobilni nosači**
- **u tijeku mužnje mjerni uređaj treba moći sakupiti minimalnu količinu od 25 ml proizvedenog mlijeka. Ta dobivena količina, koja mora predstavljati cjelovito mlijeko, treba biti dostatna za uzimanje uzoraka mlijeka za analizu**
- **mjerač mora biti dizajniran tako da omogući efektivno automatsko pranje dok je priključen aparat za mužnju. Proizvođač mora navesti standardne procedure za pranje uređaja**
- **gumeno crijevo za priključak na aparat za mužnju**
- **osiguran servis na području Republike Hrvatske.**

U troškovniku Grupa II – Kriteriji za dlanovnik – ispravak!!

Stari opis glasi:

- osigurani isti zamjenski uređaj u vremenu trajanja servis

**Navedeni opis sada glasi:**

- osigurani isti zamjenski uređaj u vremenu trajanja servisa

II.

Nadalje:

Krajnji rok za podnošenje ponude ostaje isti.

**28.02.2014. do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.**

Javno otvaranje ponuda ostaje isto:

**28.02.2014. u 10:00 sati u HPA, Ilica 101, 10000 Zagreb.**

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Ur.broj: 10210/773

U Zagrebu, 13.02.2014.



ordinator javnu nabavu:

Dijana Kokot, dipl.oec.