

TROŠKOVNIK SPECIFIKACIJA

| Red. br. | BIOPODLOGA I KONTROLNI UZORCI ZA BIOPODLOGU ZA UTVRĐIVANJE INHIBITORA U MLIJEKU | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| A | BIOPODLOGA ZA UTVRĐIVANJE REZIDUA U MLIJEKU | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Cijena bez PDV-a |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)*(5) |
| 1 | Zahtjeva se da biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku budu pločice pogodne za automatsko pipetiranje na pipetnoj stanici proizvođača Bartec. Biopodloga mora sadržavati kruti agar koji sadrži <i>Bacillus stearothermophilus</i> var. <i>calidolactis</i> , sve potrebne sastojke za rast mikroorganizama i da su obojene plavom bojom koja potječe od indikatora bromocresol purple. Jedno pakiranje treba sadržavati 1920 testih jažica, odn. 20 pločica dimenzija 12,8x8,50 cm s 96 testnih jažica razdvojivih u 6 blokova (svaki sa 16 testnih jažica). Blokovi s jažicama (16 jažica) se moraju moći odvajati i zasebno koristiti kao kompaktna cjelina. Pločice moraju biti pogodne za inkubaciju pri 64±0,5°C oko 2 sata i 15 minuta. | 1 pakiranje (20 pločica) | 55 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|----|--|--|
| B | KONTROLNI UZORCI ZA BIOPODLOGU - moraju biti proizvedeni od strane proizvođača biopodloga i namijenjeni za ponuđene biopodloge | | | | |
| 2 | Pozitivna kontrola (sadrži Penicillin) nabavlja se u bočicama– masa bočice je oko 1,65 gr (za 15ml otopine). | 1 pakiranje (6 bočica) | 40 | | |
| 3 | Negativ kontrola (ne sadrži nikakve inhibitorne tvari)nabavlja se u bočicama – masa bočice je oko 1,65 gr (za 15ml otopine) | 1 pakiranje (6 bočica) | 40 | | |
| CIJENA PONUDE bez PDV-a: | | | | | |
| Iznos PDV: | | | | | |
| UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om: | | | | | |

NAPOMENA:

Ponuditelj je obavezan dostaviti upute o izvođenju testiranja (postupak izvođenja) i model zbrinjavanja otpada.

Dobavljač materijal dostavlja fco Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka, Poljana Križevačka 185, Križevci.

Rok trajanja kemikalija minimalno 4 mjeseca od dana isporuke.

Rok isporuke materijala je 20 dana od dana narudžbe.

U _____ 2017.

(potpis ovlaštene osobe)