

TROŠKOVNIK SPECIFIKACIJA

Red. br.	BIOPODLOGA ZA UTVRĐIVANJE REZIDUA U MLIJEKU	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Cijena bez PDV-a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)
	Zahtjeva se da biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku budu pločice s krutim agarom koji sadrži Bacillus stearothermophilus var. calidolactis, sve potrebne sastojke za rast i bromocresol purple	1 pak (20 pločica)	84		
	Pločice moraju biti dimenzija 12,8x8,50 cm sa 96 testnih jažica razdvojivih u 16 blokova (jedno pakiranje sadrži 1920 jažica)				
	Pločice moraju biti pogodne za automatsko pipetiranje sa pipetnom stanicom proizvođača "Bartec" i pogodne za inkubaciju pri 64±0,5°C oko 2sata i 15minuta				
	Biopodloga za utvrđivanje rezidua u mlijeku mora zadovoljiti granice detekcije, u Tablici 1. Ponuditelj mora dostaviti potvrde za granice detekcije materijala od proizvođača materijala				
CIJENA PONUDE (bez PDV-a):					
Slovima:					
Popust _____ %					
CIJENA PONUDE (bez PDV-a) s popustom:					
Slovima:					
Iznos PDV:					
UKUPNA CIJENA PONUDE s popustom i PDV-om:					
Slovima:					

Tablica 1:

Skupina antibiotika	Gornja granica
	µg/ml
<i>B-laktamski antibiotik</i>	
Penicilin	4
Ampicilin	4
Amoksisicilin	4
Kloaksicilin	30
<i>Sulfonamidi</i>	
Sulfadimidin	25
<i>Tetraciklinski antibiotici</i>	
Klortetraciklini	100
Doksiciklini	0
Tetraciklini	100
<i>Makrolidi</i>	
Eritromicin	40
Spiramicin	200
Tilozin	50
<i>Aminoglikozidni antibiotici</i>	
Gentamicin	100
Neomicin	500
Spektinomycin	200
<i>Ostali</i>	
Kloramfenikol	0
Klavulinska kiselina	200
Tiamfenikol	50

NAPOMENA:

Ponuditelj je obvezan dostaviti upute o izvođenju testiranja (postupak izvođenja) i model zbrinjavanja otpada.

Dobavljač materijal dostavlja: Hrvatska poljoprivredna agencija, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci.

Rok isporuke materijala je 20 dana od dana narudžbe.

OPĆI PODACI O PONUDITELJU:

Naziv i sjedište: _____

MB: _____ OIB: _____

Tel: _____ Fax: _____ Mob: _____

Odgovorna osoba: _____

Osoba za kontakte i tel: _____

Mjesto i datum: _____

Potpis/ pečat/ ponuditelja:
